



CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS S.C.
MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO IND. CHIHUAHUA
CIM941025MJ1

Hoja : 1

BIENES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS - FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
(REQ. CAPTURADA USUARIO)

No. REQUISICIÓN
250877

Área requirente	FISICA DE MATERIALES	Nombre del Proyecto	ARCIBAR OROZCO JAVIER ANTONIO	Fecha Elaboración	25/09/2025
Solicita	00550 - VELAZQUEZ ARJONA WALTER NOE	Lugar entrega	1 - CIMAV SEDE CHIHUAHUA	Fecha requerida	30/11/2025
				Fecha impresión	25/09/2025

#	PROYECTO	PART	CUCOP	ARTICULO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	3022410544	53101		53101.9999	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO [.] Electrochemical Workstation Bipotentiostat. modelo : Model CS2150 SOFTWARE/METHODS OF CS2150 Main channel /Slave channel El bipotentiostato / Galvanostato es de dos canales, debe contar con las siguientes técnicas: Técnicas en función del tiempo: Chronopotentiometry (CP), Chronoamperometry (CA), Chronocoulometry (CC) Técnicas de Voltammetry: Cyclic Voltammetry (CV), Linear Sweep Voltammetry (LSV) Técnicas para baterías: Battery charge and discharge, Galvanostatic charge and discharge(GCD), Potentiostatic Charging and Discharging(PCD), Potentiostatic Intermittent Titration Technique(PITT), Galvanostatic Intermittent Titration Technique(GITT) Funciones de Bipotentiostato: Rotating ring-disk electrode(RRDE), Hydrogen Diffusion Test(HDT) Rango de voltaje: +- 10 V Rango de corriente: +- 1 Amperio Resolución del potencial: 10µV (>100Hz), 3µV (<10Hz) Sensitividad de la corriente: 1pA	PZA	1.000	196,560.00	196,560.00

Centro de Investigación en
Materiales Avanzados, S.C.
RECIBIDO
26 SEP 2025
P.C. 37
ADQUISICIONES

ANEXOS	NO	EXISTENCIA ALMACEN	NO	ANTICIPO	NO	PLURIANUALIDAD	NO MESES	0	PAÍS DE ORIGEN	MEXICO	Subtotal196,560.00 I.V.A.31,449.60 Total228,009.60 PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTOS	
CAPACITACIÓN	NO	REGISTRO SANITARIO	NO			PENAS CONVENC.	SI	PORC.%	0.5	TIEMPO FABRICACIÓN		50 DIAS
NORMAS INSPECCIÓN						NO						
TIPO GARANTÍA	CUMPLIMIENTO DIVISIBLE			PORC. GARANTÍA	10 %	COND. ENTREGA	EN UNA SOLA EXHIBICIÓN					
TIPO GARANTÍA 2	NO APLICA			PORC. GARANTÍA 2	0 %	COND. PAGO	CONTRA ENTREGA					
OBSERVACIONES						SUFICIENCIA PRESUPUESTAL					SI	
						 VELAZQUEZ ARJONA WALTER NOE SOLICITANTE					 ARCIBAR OROZCO JAVIER ANTONIO RESPONSABLE PROYECTO (AUTORIZADO)	